


依頼者 ひらおかデンタルクリニック

検体名 歯科ユニットのウォーターライン  
除菌装置から循環される医院内の水

一般財団法人

日本食品分析センター

東京都渋谷区元代々木四62番1号



2014年(平成26年)06月09日 当センターに提出された上記検体について分析試験した結果は次のとおりです。

## 分析試験結果

| 分析試験項目  | 結果                    | 定量下限  | 注 | 方法         |
|---------|-----------------------|-------|---|------------|
| 従属栄養細菌数 | $4.3 \times 10^2$ /ml | ..... | 1 | PGY寒天平板培養法 |

注1. 培養条件:20℃, 7日間

以上